

仕 様 書

1 物品及び数量

ソックスレー脂肪抽出装置1台

2 物品及び数量

供給機種	メーカー	
	型 番	

3 仕様

区分	内容
同時処理本数	6本であること。
温度設定	0～285℃程度の範囲で、自動で昇降できるプログラムを備えているものであること。
抽出時間	45～60分程度の範囲であること。
測定数/日	42サンプル以上であること。
測定範囲	0.1～100%であること。
溶媒回収率	80%以上であること。
精度	公定法対応であること。
測定用カップの規格	現有機（Soxtec AVANTI）で使用しているアルミカップで測定できること。

4 納入手続き

- （1）納品日は、畜産試験場担当者と協議し、決定すること。
- （2）納品の際は、畜産試験場の防疫体制を遵守すること。
- （3）設置、設定及び稼働に関わる費用等、納品に必要な費用は、受注者の負担とする。

5 納品先

地方独立行政法人北海道立総合研究機構畜産試験場（上川郡新得町）
ただし、詳細は畜産試験場の指示による。